

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Unit stomatologiczny typu Diplomat Consul 170 – 1 szt.

PARAMETRY WYMAGANE:

1. Fotel:

- Elektromechaniczny fotel DIPLOMAT DE 20
- Wielopołożeniowy zagłówek z blokadą mechaniczną
- Wycięte oparcie na płaski zagłówek
- Bezszwowa, antyseptyczna tapicerka, (możliwość stosowania preparatów dezynfekcyjnych)
- Lewy podłokietnik
- Automatyczna regulacja siedziska i oparcia
- Sterowanie fotelem za pomocą sterownika nożnego MARQUARDT
- Elektro-mechaniczny siłownik, nośność do 180 kg
- Zabezpieczenie przed najazdem na przeszkodę przy opuszczaniu fotela i rozkładaniu oparcia
- Kolor tapicerki wg kolornika wybór przez Zamawiającego

2. Konsola:

- Na ramieniu pantograficznym z mechaniczną blokadą
- Prosta strzykawko – dmuchawka metalowa, okrągła Minimate 3F
- Tor turbiny + rękaw turbiny ze światłem
- Lampa polimeryzacyjna PLM Ultralight PB-070
- Skaler piezoelektryczny DMETEC + tor skalera
- System wewnętrznego obiegu wody destylowanej na końcówki
- Niezależna regulacja wody na każdy rękaw
- Antyseptyczny panel sterowania
- Funkcja ENDO automatyczne ograniczenie mocy skalera do 30%
- Wyświetlacz pięciosegmentowy (ustawienia obrotów, mocy skalera, obroty prawe/lewe)

3. Lampa zabiegowa XENOS LED:

- Ze światłem LED 40 000 lux
- Płynna regulacja natężenia światła
- Dzielony słup lampy oświetleniowej
- Uruchomienie lampy bezdotykowe

4. Blok spluwaczki:

- Możliwość odchylenia w stronę pacjenta
- Miska spluwaczki z nieodbarwiającego się szkła kryształowego
- Napętnianie kubka, spłukiwanie miski, sitko na amalgamat

5. Panel asystenta:

- Z możliwością przestawienia na dwie strony fotela
- Ślinociąg powietrzny
- Ssak powietrzny

6. Sterownik nożny:

- Sterowanie fotelem i końcówkami
- Zamykanie wody na końcówki, wyłączenie wody z końcówek